产品规格

FlashLink® 认证疫苗 ULT PDF 数据记录仪

传感器测量范围	-82°C 至 45°C
记录仪工作范围	-20°C 至 50°C
温度分辨率	0.1°C
正常工作范围内的精度	±0.5°C 从 -82°C 到 45°C
数据容量	32,496 个数据点
数据下载时间	3823 点典型值 5 秒
多个警报级别	LCD显示高低电平和极高低电平，并带有蜂鸣器
电池	两节 AAA 锂电池，LCD % 剩余电量指示
尺寸/本体	40毫米 x 93毫米 x 24毫米
套管	ABS塑料
外部传感器	3.5 毫米直径 x 31 毫米长； 1m Teflon 电缆，带立体声插孔连接器
重量	63.5 克
校准	提供 2 年 ISO 17025 校准证书 (A2LA)、1 年 NIST 校准证书和制造商合规证书
认证	CE 标志、NIST 可追溯、RoHS、WEEE
展示	LCD, 红色 LED 报警
防水等级	IP64(带硅胶帽)
贮藏条件	-20°C 至 50°C； 0% 至 95% RH 无冷凝
保质期	2年(电池寿命)
系统要求	装有当前操作系统的 Windows PC，Adobe Reader
编程	提供预配置即插即用。 用户可使用 FlashLink 程序管理器软件(随附)进行编程
下载要求	直接通过 USB 连接到 PC(无需特殊软件即可下载记录器)

型号

40570	包括制造商的合格证明书
40570-01	包括2年期ISO 17025校准证书

- 在超低温下监测疫苗
- 干冰储存和运输的理想选择
- 符合 CDC 指南
- 符合 21 CFR Part 11 的软件
- 单通道，外部传感器
- 自动生成 PDF、CSV 和 日记报告
- 声音和/或视觉警报
- LCD 上的低电量指示
- 快速断开电缆以下载记录器
- 在 LCD 上滚动查看记录的数据

DeltaTrak根据ISO 9001: 2015
注册质量管理体系生产产品

SS 40570-X CH 21F1

DeltaTrak®

DTI China Ltd 深圳市迪特爱科技有限公司 | 广东省深圳市龙岗区坪地街道办西湖塘街12号 邮编518117
Tel: (86 755) 8442-9388 2837-2741 2837-2664 | Fax: (86 755) 8442 9388
Email: sales@deltatrakchina.com.cn